

Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Климатостат для биотестирования токсичности объемом 300 - 400 л

ОКПД 2: 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

№ п/п	Наименование /изображение	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Климатостат	<ol style="list-style-type: none">1. Объем рабочей камеры – от 300 до 400 л2. Диапазон поддерживаемой температуры – от 18 до 28 °С3. Дискретность задания температуры - не более 0,5 °С4. Точность поддержания заданной температуры - не более 1°С5. Диапазон интенсивности освещения - не менее от 500 до 5000 лк6. Точность поддержания заданной интенсивности освещения - не более $\pm 10 \%$7. Количество полок - не менее 3	шт.	2

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: 5 рабочих дней с даты подписания договора.

Адрес доставки и сборки: Центральный склад г. Петрозаводск ул. Онежской флотилии д. 16

Начальник лаборатории



(А.В. Платонов)